

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	2.000,00	40008	<p>TESTE DE IMUNOCROMATOGRÁFIA.PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-CoV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA LEITURA DE RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS,COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, SEM NECESSIDADE DE SUPORTE LABORATORIAL. OSTESTES DEVERÃO POSSUIR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CLINICO EVIDENCIANDO AUSÊNCIA REAÇÕES CRUZADAS COM OUTROS AGENTES INFECCIOSOS.</p> <p>-SENSIBILIDADE:MAIOR 95%</p> <p>-ESPECIFICIDADES:MAIOR 95%</p> <p>OS KITS DE CADA TESTE DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE , E DEVEM PROVER MATERIAL NECESSÁRIO PARA CADA TESTE.</p> <p>-UM DISPOSITIVO/ PLACA DE TESTE;</p> <p>-UM SACHÊ DESSECANTE COM SÍLICA GEL;</p> <p>-TAMPÃO DE EXTRAÇÃO;</p> <p>-TAMPA FILTRO;</p> <p>-SWAB ESTÉRIL LONGO PARA COLETA EM NASO OU LARINGE;</p> <p>-INSTRUÇÕES DE COMO REALIZAR O TESTE;</p> <p>-REGISTRO NA ANVISA.</p>			
2	UN	625,00	40080	<p>TESTE DE IMUNOCROMATOGRÁFIA.PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-CoV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA LEITURA DE RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS,COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, SEM NECESSIDADE DE SUPORTE LABORATORIAL. OSTESTES DEVERÃO POSSUIR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CLINICO EVIDENCIANDO AUSÊNCIA REAÇÕES CRUZADAS COM OUTROS AGENTES INFECCIOSOS.</p> <p>-SENSIBILIDADE:MAIOR 95%</p> <p>-ESPECIFICIDADES:MAIOR 95%</p> <p>OS KITS DE CADA TESTE DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE , E DEVEM PROVER MATERIAL NECESSÁRIO PARA CADA TESTE.</p> <p>-UM DISPOSITIVO/ PLACA DE TESTE;</p> <p>-UM SACHÊ DESSECANTE COM SÍLICA GEL;</p> <p>-TAMPÃO DE EXTRAÇÃO;</p> <p>-TAMPA FILTRO;</p> <p>-SWAB ESTÉRIL LONGO PARA COLETA EM NASO OU LARINGE;</p> <p>-INSTRUÇÕES DE COMO REALIZAR O TESTE;</p> <p>-REGISTRO NA ANVISA.PARA ME/EPP</p>			
3	UN	6.000,00	40077	<p>Teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG / IgM, em amostras de soro, plasma ou sangue total humano.(Em bandas separadas) Estudo de desempenho clínico em amostras de pacientes saudáveis e confirmados para covid-19.Sensibilidade e especificações acima de 90%.Registro na anvisa.</p>			
4	UN	1.875,00	40079	<p>Teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG /IgM, em amostras de soro, plasma ou sangue total humano.(Em bandas separadas)Estudo de desempenho clínico em amostras de pacientes saudáveis e confirmados paracovid-19.Sensibilidade e especificações acima de 90%.Registro na anvisa.Para ME/EPP</p>			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
------	----	------------	--------	---------------	-------	---------------	------------

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) _____ / _____ / _____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega _____ / _____ / _____	

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** _____ / _____ / _____